

Västra Götalandsregionen

Regionservice

Läkemedelsnära produkter

Informationsbrev

2022-09-23

Viktig information: Fel i bruksanvisningen till infusionsset AutoSoft 90

Denna information vänder sig till dig som har förskrivit infusionsset AutoSoft 90. Leverantören har upptäckt ett fel i medföljande bruksanvisning till infusionsset AutoSoft 90. Felet är under punkt 14 i bruksanvisningen som beskriver den mängd insulin som kanylen ska fyllas med.

Ett patientbrev med information kommer tills vidare att följa med alla beställningar på infusionsset AutoSoft 90.

Se patientinformation som kommer att skickas ut till patient:

[Viktig information: Fel i bruksanvisningen till infusionsset AutoSoft 90](#)

Information från leverantören:

[Viktigt säkerhetsmeddelande från leverantören - Patient](#)

[Viktigt säkerhetsmeddelande från leverantören - Vårdgivare](#)

Uppdaterad bruksanvisning till AutoSoft 90 hittar du nedan:

[Instruction for use of Infusion Sets \(convatec.com\)](#)

Med vänlig hälsning

Läkemedelsnära produkter

Område Diabetes